

ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ С КЕРАМИЧЕСКИМИ ЗАОСТРЕННЫМИ ГУБКАМИ


ВЫВОД
ДАННЫХ

СЕРТИФИКАТ
КАЛИБРОВКИ



1193-150

- Керамические заостренные губки для наружных измерений, чрезвычайно износостойкие, немагнитные и неэлектропроводные
- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл./выкл., ноль, мм/дюйм
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Батарея CR2032, из нержавеющей стали
- Вывод данных
- Соответствует DIN 862
- Дополнительные принадлежности: вывод данных (беспроводной: код **7315-21**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-21**)



керамические
заостренные
губки

Код	Диапазон	Точность
1193-150*	0-150 мм/0-6"	±0.03 мм

* Поставляется с сертификатом калибровки изготовителя

